

透湿度試験装置



料金表コード	T16
機器名	透湿試験装置
メーカー名	(株)大栄科学精機製作所
型式	DH-40
取得年月	1995年9月
仕様	JIS L 1099 (A法)

用途・使用例

織物などの繊維製品の**透湿度**を測定する試験機です。

本装置は、一定の温湿度状態の室内に、付属の透湿カップに取り付けた試験布を一定時間放置し、試験布を透過する水蒸気量を吸湿材(塩化カルシウム)の重量増加から求めます。

試料: 直径約70mm



透湿カップ 13個保有

透湿度: 試料を透過する水蒸気の質量をその繊維製品 $1\text{m}^2 \cdot 1$ 時間あたりに換算した値