

滋賀県東北部工業技術センター

2011年導入機器

「ラウンダーメータ」の紹介

財団法人JKA 競輪補助物件

KEIRIN



ラウンダーメータ

1. 温度制御：デジタル式自動調節
2. 温度範囲：室温～95℃
3. 温度精度：±2℃以内
4. 回転速度：40±2回/分
5. タイマー：デジタルタイマー
(0～9999分)
6. ポット掛数：8個
7. ポット容量：550±50mL



仕様





ポットホルダー



ポット

00

構造



標準的な使用方法



00

JIS対応

JISL0844	洗濯に対する染色堅ろう度試験方法
JISL0860	ドライクリーニングに対する染色堅ろう度試験方法
JISL0884	塩素処理水に対する染色堅ろう度試験方法
JISL0889	過炭酸ナトリウム添加漂白及び洗濯に対する染色堅ろう度試験方法

その他 **温度を一定にした耐久テスト**

使用例



ご利用お待ちしております。

滋賀県東北部工業技術センター