

加圧濾過試験機



料金表コード	Q06-1
機器名	加圧濾過試験機
メーカー名	(株)宮本製作所
型式	FPT-W20
取得年月	1993年11月
仕様	圧力: 2~19.8kgf/cm ² 試験円筒: SUS304 内径φ 80mm 耐圧20kgf/cm ² 試験試料: φ 93mm~95mm

用途・使用例

- 資材織物・フィルター等の濾過機能を測定
- フィルタープレス用フィルターの性能比較
- スラッジの脱水率、脱水効果測定