

ガス透過率測定装置



料金表コード	S20-1
機器名	混合ガス透過率測定装置
メーカー名	ジーエルサイエンス(株)
型式	GPM-250
取得年月	2000年1月 地域産業集積活性化対策事業費補助物件
仕様	0.1~10000cm ³ /m ² ・day・atm -10~50℃, 透過面積50cm ² , テストガス持ち込み可

用途・使用例


プラスチックフィルムのガスバリア性
(ガス透過性)を定量評価。

使用例

- ・食品用フィルムの酸素透過性評価

注意点

- ・透過率の程度によって測定時間が大きく異なります。



テドラバッグのガス透過特性

参照: <http://www.tainstruments.co.jp/products/dma.html>