

# 保温性試験機




料金表コード	T17
機器名	保温性試験機
メーカー名	大栄科学精機製作所
型式	CM-5T
取得年月	1993年9月
仕様	参考規格：JIS L 1096 : 1999(B法) JIS L 2001

## 用途・使用例

織物等の保温性を測る試験機です。

冷却法(時間による場合)：一定温度から所定の温度まで冷却するのに要する時間を計り、裸状の状態と比較して保温率を求めます。

試料：約200mm×200mm 2枚



保温性試験機

## 注意点

2000年の改正でJIS規格廃止になりました。