

織物通気度試験機（フラジール型）



（財団法人JKA 競輪補助物件）

料金表コード	T14
機器名	フラジール型通気度試験機
メーカー名	(株)大栄科学精器製作所
型式	AP-360SM
取得年月	2010年10月
仕様	参考規格：JIS L 1096 ASTM D 737 BS 5636

用途・使用例

織物や編み物等の通気性が測定できます。

定圧式の通気性試験機です。

試料：約200mm×200mm 5枚

注意点

垂直気圧計をオーバースケールさせないよう、吸引力調節ハンドルは、垂直気圧計を見ながらゆっくり回してください。

