





液体用サンプルホルダー



サンプル量：50～80 μ L

※ ②の光源側、④の検出器側にカーボンスプレー処理必要