TMA引張

① サンプルへのクランプの固定





専用の固定治具を用い、サンプルに金属クランプをセット
※クランプ間距離は8,16,24mm

②装置へのセット



■サンプルサイズ（最大）：約25mm（長さ）×5mm（幅）
※クランプのチャックしろが約5mmずつ必要
■スリット幅（ステージ・プローブ）：1mm
■荷重範囲：～1.0N