

## 試料量( 300mLビーカー使用時)

測定粘度範囲 / mPas(cP)			試料量	ローター
1	～	100	20 mL	低粘度アダプタ
10	～	20,000	300 mL	No.1
50	～	100,000	220 mL	No.2
200	～	400,000	220 mL	No.3
1,000	～	2,000,000	170 mL	No.4