


X線マイクロアナライザ(波長分散)




料金表コード	G20
機器名	X線マイクロアナライザ(波長分散)
メーカー名	(株)島津製作所
型式	EPM-8102CH
取得年月	1983/11
仕様	<p>加速電圧：0～30kV, 観 察 画像：2次電子像 反射電子像 実用倍率：100～1000倍 データ：ポラロイド写真</p> <p>元素分析 方式：波長分散型 分析：元素Be～U マッピング, ライン分析, 状態分析 データ：マッピング、ライン分析はポラロイド写真(白黒), スペクトルは記録計</p>

用途・使用例

微小部の観察および分析



ライン分析



状態分析による化合物の推定

滋賀県彦根市岡町52

TEL 0749-22-2325

FAX 0749-26-1779